

# 校正証明書

本製品はISO6789に準拠した校正用標準器を用いた当社作業標準による校正が行なわれ

校正作業ならびに検査結果が製品規格を満たしていることを証明します。

## 《製品仕様》

品名	トルクレンチ (1/4" X 3/8" )	型式	TA771WT-23
製造番号	B05351	精度	±4%

## 《検査結果》

口径	基準値 (Nm)	実測値 (Nm)	誤差 (Nm)	判定
17mm	17.20	17.52	0.32	OK
22mm	39.90	40.23	0.33	OK

校正日	校正環境 (°C)	校正者	承認者
2021.09.10	23.3°C±3°C	ABDUL	KUAN-HUANG

## 《標準器仕様》

上記検査結果はISO6789準拠された以下の標準器を用いて、瞬豊実業株式会社（所在地 台湾）にて実施されたものである。

標準器型式	43218	基準器名	Torque Tester
製造番号	66016	製造者	NORBAR