

校正証明書

Certificate of Calibration

本製品は ISO6789 に準拠した校正用標準器を用いた当社作業標準による校正が行われ
校正作業ならびに検査結果が製品規格を満たしていることを証明します。

This product has been calibrated using our working standards, in compliance with ISO6789
calibration standard. The calibration process and inspection results certify that the product
meets the required standards.

《製品仕様》 Product Specification

品名 Product name	トルクレンチ (1/2") Torque wrench (1/2")	型式 Model Number	TA771SV-4
製造番号 Serial number	25104536	精度 Accuracy	±4%

《検査結果》 Inspection Result

基準値 (Nm) Standard value	実測値 (Nm) Measured value	器差 (Nm) Difference	判定 Result
53.9	53.09	-0.81	OK

校正日 Calibration date	校正環境 (°C) Temperature	校正者 Inspected by	承認者 Approved by
2025-10-22	23°C±3°C	DAMAN	KUAN-HUANG

《標準器仕様》 Standard Specifications

上記の検査結果は ISO6789 準拠された以下の標準器を用いて、瞬豊実業股份有限公司 (所在地 台湾) にて
実施されたものである。

The above test results were conducted by MATATAKITOYO TOOL Co., LTD in Taiwan, using the
following standard equipment in compliance with ISO6789.

標準器型式 Equipment type	TSD2-60N	基準器名 Equipment name	Torque Tester
製造番号 Serial number	M24010001	製造者 Manufacturer	MATATAKITOYO

株式会社イチネン TASCO
ICHINEN TASCO CO., LTD.

〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町1丁目17番20号

1-17-20 Inadauemachi, Higashi-Osaka City, Osaka 577-0002 JAPAN