



## Kalibrier-Protokoll

Certificate of conformity • Protocole d'étalonnage  
Protocollo di collaudo • Informe de calibración

Gerät / Module type / Modèle / Modelo: **testo 420**

Serien-Nr. / Serial no. /  
N. de série / Número de serie: 50601194

Segmenttest / Display test /  
Test d'affichage / Test del visualizador:  OK

Temperatur / Temperature /  
Température / Temperatura:  OK

Relative Luftfeuchtigkeit / Relative humidity  
Humidité relative / Humedad relativa:  OK

Absolutdruck / Absolute pressure /  
Pression absolue / Presión absoluta:  OK

Strömung / Air velocity:  
Vitesse de l'air / Velocidad del aire:  OK

Volumenstrom / Volume flow /  
Volume débit / Flujo de volumen:  OK

Messwerte / Measured values / Valeurs mesurées / Valores medidos:		
Sollwert / Reference / Référence / Referencia:	Zulässige Toleranz / Permissible tolerance / Tolérance admise / Tolerancia permitida:	Istwert / Actual Value / Valeur réelle / Valor medido:
Differential sensor:		
100.01 Pa	±2.5 Pa	99.39 Pa
-99.99 Pa	±2.5 Pa	-99.98 Pa

*J. Yeung*

Prüfer / Inspector /  
Responsable / Verificador